

調達仕様書

簡易陰圧装置

医療法人直心会 帯津三敬病院

調達件名	簡易陰圧装置の買入れ
数量	1 台
基準メーカー	日本無機株式会社
基準品	PFF-0091-PDH
納入場所	帯津三敬病院
納入期限	令和 8 年 12 月 31 日（木）

1. 要求仕様

No.	項目	要求内容
1	用途	医療機関における感染症対策等を目的として、対象室内を陰圧環境とするために使用できること。
2	排気構造	室内空気を吸引・ろ過し、ダクトを接続して屋外へ排気できる構造であること。
3	ろ過性能	HEPA フィルターを搭載し、空気中の微粒子等を適切に除去できること。
4	換気能力	対象室の使用環境に応じて必要な換気量を確保できる能力を有すること。
5	差圧	対象室と隣接する廊下等との間に 2.5Pa 以上の差圧を確保できる能力を有すること。
6	風量	風量調整が可能であること。
7	耐久性	医療機関内での連続的な使用に耐え得る安全性及び耐久性を有すること。
8	排気ダクト	既存の窓に排気用パネル等を設置し、陰圧装置本体と排気ダクトで接続することで室内の空気を屋外へ排気できる構成とすること。
9	保守	故障、部品交換、フィルター交換等について継続的な保守・メンテナンス対応が可能であること。

2. 基準品・同等品の取扱い

基準品は 日本無機株式会社 PFF-0091-PDH／とする。基準品以外で入札する場合は、上記要求仕様をすべて満たすことを示す製品カタログ、仕様書その他の客観的資料を提出し、入札前に発注者の承認を受けること。

3. 納入・設置

納入者は、指定場所への搬入・設置を行い、設置後に正常な作動及び必要な陰圧環境が構築されていることを確認すること。運搬、搬入、設置その他納入に必要な費用は納入者の負担とする。

4. 支払条件

納入及び検査完了後、適法な請求書に基づき支払う。具体的な支払時期は契約条件による。

発注者 医療法人直心会 帯津三敬病院

連絡先 〒350-0021 埼玉県川越市大字大中居 545 番地 TEL 049-235-1981 FAX 049-235-8063